

インシュレット仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、インシュレットの滅菌方法を下記の通り変更しますので、ご案内致します。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

ガンマ線滅菌から電子線滅菌へ変更致します。

それに伴い、表示等を変更致します。

■ 対比表

項目	現行	変更後
滅菌方法・表示 (個包装・内箱・外箱・ラベル)	ガンマ線滅菌済	電子線滅菌済
インジケータラベル * EB照射有無の認識ラベル	なし	インジケータラベル貼付 
シリアルバーコード * 滅菌管理用印字コード	なし	裏面に印字 


■ 個包装の表示

【現行】



製造販売元 ガンマ線滅菌済

【変更後】



製造販売業者 電子線滅菌済

対象規格

品番	販売名称	型式	JANコード	梱包単位
JS-SE01C	インシュレット	1m L E	4987494023349	100本/箱×20箱

承認/許可番号：14700BZZ00935000

*変更後は JAN コードが 4987494289189 に変更になります。

変更時期

変更は 2017 年 12 月弊社工場生産品より、随時変更致します。

*変更後の出荷予定は、2018 年 2 月中旬頃の予定です。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 082-218-0602