

## ジェイフィールド E N 採液ノズル仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ジェイフィールド E N 採液ノズルにつきまして、下記のとおり仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。ご案内が遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

### 対象規格

販売名：ジェイフィールド E N 採液ノズル

医療機器届出番号：34B1X00001000113

#### ■変更前

品 番	JAN コード	包装単位
JF-3S02	4987494315604	25 個×8 箱=200 個

#### ■変更後

品 番	JAN コード	包装単位
JF-3S02N	4987494323821	25 個×10 箱=250 個



### 生産開始ロット

2020 年 7 月 27 日生産分より

※次回発注分より出荷となります。

## 変更内容

- ・ 把持部内側の中央リブ（赤丸）の形状を変更 ※性能（強度等）の変更はございません。
- ・ 個包装、内箱、外箱の仕様及びサイズを変更
- ・ 品番、JAN コード、入数、滅菌方法を変更

	変更前 (mm)	変更後 (mm)
製品		
個包装	 (W) 105× (L) 115mm	 (W) 55× (L) 95mm
内箱	 (L) 210× (W) 125× (H) 100mm	 (L) 178× (W) 95× (H) 131mm
外箱	 (L) 455× (W) 275× (H) 215mm	 (L) 500× (W) 365× (H) 151mm
滅菌方法	EOG 滅菌	電子線滅菌

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601