



JMS アンギオパック仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS アンギオパックに組み込まれていますマニホールドの部材変更を下記の通りご案内致します。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

変更理由および対応

対象規格に使用しているマニホールドが供給終了になったため、その他規格に使用しているマニホールドに統一致します。

変更時期

対象品の在庫がなくなり次第、順次変更致します。

対象規格

販売名称：JMS アンギオパック

アンギオパック S 0 2 6 2
アンギオパック S 4 1 0
アンギオパック S 0 5 6 0
アンギオキット 010
アンギオキット 090

※ 詳細は弊社担当者にご確認ください

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

サージカル&セラピービジネスユニット治療デバイス営業部

TEL 03-6404-0603