

## シリコーンフォーリーカテーテル仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、シリコーンフォーリーカテーテルにつきまして、下記の通り仕様を変更致しますのでご案内致します。


今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

### 変更内容

警告タグ(赤丸内)を廃止致します。



### 対象規格及び出荷時期

販売名：シリコーンフォーリーカテーテル

品 番	カテーテル仕様		JAN コード	変更ロット	出荷時期
	外 径	バルン容量			
JU-FSN1014D	1 4 F	1 0 m L	4987494263905	8900094	2019年4月中旬以降
JU-FSN1016D	1 6 F	1 0 m L	4987494263929	8900095	2019年5月中旬以降
JU-FSN1018D	1 8 F	1 0 m L	4987494263943	8900096	2019年3月中旬以降
JU-FSN1020D	2 0 F	1 0 m L	4987494263967	8900097	2019年9月中旬以降
JU-FSN1022D	2 2 F	1 0 m L	4987494263981	未定	未定
JU-FSN1024D	2 4 F	1 0 m L	4987494263981	未定	未定
JU-FSN1026D	2 6 F	1 0 m L	4987494264025	未定	未定

※在庫状況により、出荷時期が前後する可能性がありますので、ご了承ください。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601