

JMS エキステンションチューブ(一部規格)仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、この度、JMS エキステンションチューブの一部規格につきまして、下記の通り仕様を変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

製品外観図	
	
変更点	・チューブ長の変更 1800mm→ <u>2000mm</u>

対象規格

【変更前】販売名：JMS エキステンションチューブ

品番	JAN コード	型式
JV-ND1180PC	4987494088812	DEHPフリー ND1 1800mm プラネクタ用 PNロック



【変更後】販売名：JMS エキステンションチューブ

品番	JAN コード	型式
JV-ND1200PC	4987494313402	DEHPフリー ND1 2000mm プラネクタ用 PNロック

変更時期

2019年10月以降、在庫がなくなり次第変更致します。

※お客様のお手元に届く時期として、11月以降を予定しておりますが、在庫状況により流通時期が前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601