

お客様各位

2019年10月



チタニウムアダプター（B）製造販売業者変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、チタニウムアダプター B について下記のとおり変更となりますので、ご案内いたします。今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

チタニウムアダプター(B)の製造販売業者の変更に伴い、承認内容を変更致します。

	変更前	変更後
製造販売業者	株式会社イズモヘルス	富士システムズ株式会社
JANコード	4987494820740	4987494310166
承認番号	20900BZZ00647000	21000BZZ00570A01
滅菌期限	3年	5年

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問合せ願います。

株式会社ジェイ・エム・エス お問い合わせ先

サージカル&セラピービジネスユニット 血液浄化営業部 TEL 03-6404-0602