

JMS 延長チューブ個包装ラベル（一部規格）変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS 延長チューブの一部規格の個包装ラベルにつきまして、下記の通り仕様を変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

ラベルの仕様変更

変更前	変更後
 <p>管理医療機器 一般的名称：輸血・カテーテル用延長チューブ 製造販売元 株式会社ジェイ・エム・エス 広島市中区加古町12番17号</p> <p>JMS延長チューブ PVCフリー</p> <p>250 mm 1.6 mL JV-PS202F3M</p> <p>フリーロック SC3×3</p> <p>●ご使用の際は、本品の添付文書をよく読んでからご使用ください。 ●単回使用 ●エチレンオキサイドガス滅菌済 製造番号：枠外に記載</p>	 <p>管理医療機器 一般的名称：輸血・カテーテル用延長チューブ 製造販売元 株式会社ジェイ・エム・エス 広島市中区加古町12番17号</p> <p>JMS延長チューブ PVCフリー</p> <p>250 mm 1.6 mL JV-PS202F3M</p> <p>フリーロック SC3×3</p> <p>●ご使用の際は、本品の添付文書をよく読んでからご使用ください。 ●単回使用 ●エチレンオキサイドガス滅菌済 製造番号：枠外に記載</p>

※ラベル以外の変更はございません。

対象規格

販売名：JMS 延長チューブ

医療機器認証番号：21200BZZ00545000

品番	JAN コード	型式
JV-PS202F3M	4987494090815	PVC フリー PB2 250mm フリーロック SC3×3

変更時期

2020年1月生産ロットより変更致します。

※納品は3月以降を予定しておりますが、在庫状況により流通時期が前後する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601