

NuMED HOPKINGTON

P D Z

Z-MED IITM

Developed in Cooperation
with Dr.Ziyad M.Hijazi

VALVULOPLASTY CATHETER



株式会社トライテック





ニューメド社 (カナダ)

NuMED

ホプキントン Z-MED™ II カテーテル

Maximum steering and trackability



NuMED

ホプキントン Z-MED II カテーテル 規格一覧

医療機器承認番号: 22700BZX00101000
販売名: 弁拡張力カテーテル Z-MED II

カタログ番号	JANコード	直径 (mm)	長さ (cm)	適合シース (Fr)	シャフト径 (Fr)	有効長 (cm)	適合ワイヤー (インチ)	最大使用圧力 (ATM)
PDZ 630/100	4562100653198	10	2	7	6	100	0.035	13
PDZ 636/100	4562100653204	12	3	8	6	100	0.035	10
PDZ 640/100	4562100653211	14	3	9	7	100	0.035	10
PDZ 644/100	4562100653228	15	3	9	7	100	0.035	8
PDZ 648/100	4562100653235	16	3	9	7	100	0.035	8
PDZ 652/100	4562100653242	18	3	10	8	100	0.035	7
PDZ 657/100	4562100653259	20	4	12	8	100	0.035	5
PDZ 661/100	4562100653266	22	4	12	9	100	0.035	4
PDZ 665/100	4562100653273	23	4	14	9	100	0.035	4
PDZ 668/100	4562100653280	25	3	14	9	100	0.035	4
PDZ 669/100	4562100653297	25	4	14	9	100	0.035	4
SO 070/100	4562100653303	26	4	14	9	100	0.035	4
SO 071/100	4562100653310	28	4	16	11	100	0.035	3.5

本製品の仕様は予告無く、変更することがございますのでご了承下さい。

保険医療材料請求分類: 弁拡張力カテーテル

JMS
http://www.jms.cc

■総発売元

株式会社ジェイ・エム・エス

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井一丁目13番5号 新南大井ビル
TEL(03)6404-0603・FAX(03)6404-0613

広島本社 〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
TEL(082)243-5844・FAX(082)243-5997



■製造販売業者

株式会社トライテック (http://www.trytech.co.jp)

〒140-0013 東京都品川区南大井1-20-17 マルイト南大井3F

営業本部 / TEL 03-5767-9831 FAX 03-5767-9839

関 西 / TEL 075-275-2787 FAX 075-277-4912

■製造業者: NuMED Canada Inc. (カナダ)



(株)トライテックは ISO 13485 の認証を取得し、
このシステムに基づき製品管理への取り組みを
着実に進めております。

TRT-NUM-Z MED-1807-0003

■代理店

1807-300